



F 044 Kritické hodnoty laboratorních výsledků

Platnost od: 01.01.2021 Verze č.: 03 Revize: 1x za 2 roky

Tato tabulka je součástí PI 003 Telefonické hlášení výsledků

METODA	nižší než (<)	vyšší než (>)
pH	7,25	7,49
pCO ₂	2,5 kPa	7,5 kPa
pO ₂	4,0 kPa	
ALT		10,0 µkat/l
AST		10,0 µkat/l
AMS		10,0 µkat/l
albumin	20 g/l	
celk. bílkovina	45 g/l	
bilirubin		250 µmol/l
CK		10 µkat/l
CRP		200 mg/l
digoxin		3,0 µg/l
glukóza	2,0 mmol/l	20,0 mmol/l
Na	120 mmol/l	155 mmol/l
K	2,1 mmol/l	6,0 mmol/l
Ca	1,8 mmol/l	3,2 mmol/l
Mg	0,5 mmol/l	
P	0,5 mmol/l	3,0 mmol/l
kreatinin		500,0 µmol/l
urea		30,0 mmol/l
troponin		pozitivní výsledek
Hb	80,0 g/l	
leukocyty	2,0 x 10 ⁹ /l	30 x 10 ⁹ /l
erythrocyty	2,5 x 10 ¹² /l	
trombocyty	80 x 10 ⁹ /l	
aPTT		60 s
INR		6,0
D-dimery		pozitivní výsledek

Zpracoval/datum:
M. Tesárková / 1.1.2021

Schválil/ datum:
MUDr. E. Liška / 3.1.2021

Uvolnil/ datum:
MUDr. R. Fuchsová / 4.1.2021